



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compartiment Achiziții Publice

Nr. 31229 din 19.09.2014

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA PRODUSE PENTRU DOTAREA LABORATORULUI DE APA POTABILA: (1. pH-metru (multiparametru si Baie de Apă pentru pahar Erlenmayer de 250 ml)

Prin prezenta solicităm oferta de preț în vederea achiziționării următoarelor produse pentru dotarea laboratorului de apă potabilă:

1. pH-metru (multiparametru) -1 buc.

Specificații tehnice

- Multi-Aparat pentru determinarea concomitentă a pH-ului, Conductivității și a Oxigenului, să includă și suport de electrod, electrozi pentru fiecare determinare în parte și consumabile pentru Validare.

- Electrodul de PH să fie dotat cu sondă ATC (de compensare temperatura) .

- Calibrarea în minim 3 puncte, salvarea, înregistrarea și vizualizarea rezultatelor, datele de calibrare sau graficele să se poată transfera la PC cu soft dedicat.

- Imprimantă exterioară incorporată, agitator magnetic, sistem GPL, ecran tactil + folie protectoare 2 buc.

- Validarea aparaturii pentru PH-metru și conductivitate : IQ,PQ,OQ. Validarea se va face de către firma ce-l livrează.

Se va efectua și punerea în funcțiune a aparatului și a legăturilor între PC.

Specificații	
Domeniul de pH	0,00 – 14,00
Rezoluție pH	variabil: 0,001 / 0,01 / 0,1
Acuratețe	+/- 0,002
Reminder pentru calibrare pe ecran	
Interval de timp configurabil de utilizator	
ID Probă , ID operator , PIN etc	
Domeniul de temperatura °C	0 - +130
Rezoluția de temperatura °C	0,1
Precizia de temperatura °C	+/- 0,1

2. Baie de Apă pentru pahar Erlenmayer de 250 ml – 1 buc.

Specificații tehnice

- Baie de apă inox (interior,exterior);

- Domeniu de temperatură cu afișaj electronic de la : 5⁰C la 110⁰C ;

- Stabilitatea temperaturii :± 1⁰C

Persoana de contact: ing. Gelu MANASTUREANU , telefon: 0724/254329.

Sursa de finanțare: Surse Proprii

Valoarea estimată a achiziției: 33.000,00 lei fără TVA reprezentând echivalentul în lei a 7.485,00 euro fara TVA, la cursul de 4.4098 comunicat de BNR la data de 18.09.2014.

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de furnizare produse/comanda.

Documentele de calificare solicitate:

- Declarație privind situația personala a ofertantului (conform formular anexat);
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
- Fisa de informații generale (conform formular anexat);
- Acceptare model contract.

Specificați termenul de garanție pentru fiecare produs.

Specificați termenul de livrare de la data solicitării (dacă nu se găsește în stoc termenul aproximativ de livrare).

Oferta financiara va fi DDP – S.C. Compania de Apă Oradea S.A. – Laborator de apa, strada Petru Rareș nr.1B.

Produsele vor fi însoțite de declarație de conformitate, certificat de calitate si garanție.

Plata cu O.P. la 30 zile de la emiterea facturii fiscale și acceptarea de către beneficiar.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/produs.

Oferta va fi exprimata in lei, iar prețul unitar va fi cu maxim 2 (două) zecimale.

Oferta va fi depusă în plic închis si sigilat cu mențiunea **PRODUSE PENTRU DOTAREA LABORATORULUI DE APA POTABILA** la secretariatul S.C. Compania de Apă Oradea S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, până la data de **26.09.2014, ora 15³⁰**, având perioada de valabilitate de 45 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Vă mulțumim pentru colaborare.