

#9 1997/03.11.2022



S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel centrala: 004 0259 436 909
Tel secretariat: 004 0259 435 051
Fax : 004 0259 432 576
CUI: RO 54760
J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500
Capital social: 12.000.800 RON

E-mail: apaoradea@apaoradea.ro

Website: <http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR. 3

*de la Dumitrescu
Sava*

Laborator Apă Potabilă
Nr. OR 39484 din 19.10.2022

Se aprobă,
Director General
ing. Lucian Mihai CHINDLEA

Către : **Compartiment Tehnic**

CAIET DE SARCINI

Obiect : Achiziționare Plită electrică de Laborator

Cod CPV :384363106

Valoare : 3000 lei fără TVA

Date tehnice :

- Plită electrică de laborator rezistentă la coroziune , monopost
- Dimensiune zonă de încălzire : 180*180 mm din material ceramic.
- Domeniu de temperatură : temp. ambientală - 550°C.
- Controlul temperaturii se realizează digital.
- Setarea temperaturii cu rezoluție de minim 5°C.
- Tensiunea de alimentare : monofazic - 230 V ;
- Garanție solicitată minim 3 ani ;

Cerințe Furnizor : Minim 1 aparat livrat în Romania.

Laborator Apă Potabilă
ing Mănașturean Gelu

M.G./M.G

DD- 01; Ed. 3;